Arab Republic of Egypt

☞ EDICT OF GOVERNMENT ☜

In order to promote public education and public safety, equal justice for all, a better informed citizenry, the rule of law, world trade and world peace, this legal document is hereby made available on a noncommercial basis, as it is the right of all humans to know and speak the laws that govern them.

ES 114 (2005) (Arabic): COTTON GAUZE TISSUE (DRESSING)

BLANK PAGE

BRUTUM FULMEN
IGNORANTIA JURIS NON EXCUSAT
PROTECTED BY COPYRIGHT

المواصفات القياسية المصرية

م ق م : ١١٤/ ٢٠٠٥

الغيار الطبى

جمهورية مصر العربية

الهيئة المصرية العامة للمواصفات و الجودة

تاريخ الاعتماد :٢٠٠٥/٣/٩

كل الحقوق محفوظة للهيئة، ما لم يحدد خلاف ذلك، ولا يجوز إعادة إصدار أى جزء من المواصفة أو الانتفاع به فى أى شكل وبأى وسيلة إليكترونية أو ميكانيكية أو خلافها ويتضمن ذلك التصوير الفوتوغرافى والميكروفيلم بدون تصريح كتابى مسبق من الهيئة أو الناشر.

الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة

العنوان : ١٦ ش تدريب المتدربين – السواح – الأميرية.

تليفون : ٢٨٤٥٥٢٤ – ٢٨٤٥٥٢٢

فاكس : ٢٨٤٥٥٠٤

بريد الكترونى : moi@idsc.net.eg

موقع الكترونى : www.eos.org.eg

م ق م :١١٤ / ٢٠٠٥

المقدمة

المواصفة القياسية المصرية رقم ١١٤ /٢٠٠٥ الخاصة "الغيار الطبى" ومتماثلة فنيا مع دستور الادوية البريطاني الصادر سنة ٢٠٠١ المتوافق مع دستور الادوية الاوروبى رقم (٠٠٣٦) دستور الادوية البريطاني الصادر سنة١٩٨٩ وتلغى وتحل محل اخر اصدار لها عام ١٩٨٩ ٠

قام باعداد هذه المواصفة لجنة ٧/٤ الخاصة بمتنوعات الغزل والنسيج .

PDFSecure Demo www.pdftron.com

الغيار الطبى

١- المجال

تشتمل هذه المواصفات القياسية على مواصفات قطع الغيار الطبى (درسنج)، المستخدم فى الأغراض الطبية.

٢- التعاريف

قطع الغيار الطبى (درسنج) تتكون من طبقتين من شاش مبيض ماص تركيبة النسجى من النوع السادة، بينهما طبقة من القطن الطبى الماص. وتتميز بسرعة امتصاصها للماء ويقل امتصاصها بدرجة ملحوظة بعد استعمالها فى العلاج وامتصاصها للأدوية كما يقل امتصاصها أيضا بطول مدة التخزين أو بتعرضها للحرارة.

٣- الخواص الطبيعية والكيماوية

٣/ ١ طبقتا الشاش المبيض الماص :

تكون طبقتا الشاش المبيض الماص مطابقة للمواصفات التالية :

٣/ ١/ ١ الخامة :

تكون الخيوط قطنية متجانسة ومنتظمة الغزل وذات درجة مظهرية جيدة.

٣/ ١/ ٢ النسيج :

ينسج من خيوط القطن يتركيب نسجى سادة ١/ ١، تم تبيضة جيدا مما يعطية بياضا ناصعا نظيفا ويكون خاليا تقريبا من الأبياش و الفتل الناقصة والعيوب النسجية الأخرى.

٣/ ١/ ٣ عدد الخيوط :

متوسط عدد خيوط السداء فى ٥ سم : ٦٢ خيطا.

متوسط عدد خيوط اللحمة فى ٥ سم : ٤٧ خيطا.

ملحوظة :

أ - يسمح بتجاوزقدره ٤٪ بالنقص، ٥٪ بالزيادة فى متوسط عدد خيوط السداء .

ب- يسمح بتجاوز قدره ٥٪ بالنقص، ٧٪ بالزيادة فى متوسط عدد خيوط اللحمه .

٣/ ١/ ٤ الوزن :

متوسط وزن المتر المربع ٤١,٤ جرام مع تجاوز قدره ٥٪ بالنقص ، ٧٪ بالزيادة.

٣/ ١/ ٥ الأمتصاص :

لايزيد زمن امتصاص الشاش وتشبعه بالماء على ١٠ ثوان عند اجراء الأختبار (رقم ٢) المنصوص عليه بالموصفات القياسية (م. ق. م ١٢١) الطرق القياسية لأختبار الغيارالقطنى الطبي(الدرسنج)٠

٣/ ١/ ٦ المواد القابلة للذوبان فى الماء (المستخلص المائى):

لاتزيد المواد القابلة للذوبان فى الماء على ٠,٦٪ عند اجراء الأختبار(رقم ٣) المنصوص علية بالموصفات القياسية (م. ق. م ١٢١) الطرق القياسية لأختبار الغيارالقطنى الطبي(الدرسنج)٠

٣/ ١/ ٧ المواد الغريبة :

لا يحتوى الشاش على اية مواد غريبة أو نشوية مضافة.

٣/ ١/ ٨ الرماد :

لا يزيد الرماد على ٠,٤٪ عند اجراء الأختبارالمنصوص علية (م ق م ١٢١) الطرق القياسية لأختبار الغيارالقطنى الطبي(الدرسنج).

٣/ ٢ طبقة القطن الطبى الماص :

تكون طبقة القطن الماص طبقا للمواصفات القياسية(م ق م ١١٣) القطن الطبى الماص ٠

٣/ ٣ المقاسات :

تكون مقاسات قطع الغيار الطبى (درسنج) وفقا لما يلى :

٣/ ٣/ ١ قطع بمقاس (١٨ × ١٥ سم).

٣/ ٣/ ٢ قطع بمقاس (١٨ × ٢٥ سم).

٣/ ٣/ ٣ قطع بمقاس (١٨ × ٣٥ سم).

٤- التعبئة وأوزان العبوات

٤/ ١ تعبأ قطع الغيار الطبى (درسنج) داخل أكياس من البولى اثيلين محكمة الغلق وبوزن ٥٠٠ جرام لكل عبوة مع تجاوز قدرة ± ٢٪.

٤/ ٢ توضع أكياس البولى اثيلين داخل علب من الكرتون محكمة الغلق جيدا بحيث لا تتسرب أية مواد غريبه الى محتويات العبوه ، وذلك مالم يتفق على غير ذلك بين المنتج و المشترى.

٥- أخذ عينات الفحص و الأختبار

يجرى أخذ عينات الفحص و الأختبار وفقا للطرق المنصوص عليها فى المواصفات القياسية المصرية (م ق م ١٢١) الطرق القياسية لأختبار الغيارالقطنى الطبي(الدرسنج).

٦- البيانات

يجب توضيح البيانات التالية على العبوات :
أ - اسم الشركة أو المصنع المنتج وعنوانه.
ب- عباره (غيار طبى درسنج) ورقم المواصفات القياسية للصنف.
ج- الماركة والعلامة التجارية المسجلتان أو احداهما.
د - الوزن الصافى لمحتويات العبوة.
هـ- عبارة صنع فى مصر.
ويراعى أن تكتب هذه البيانات باللغة العربية وبخط واضح وفى مكان ظاهر على العبوات الداخلية والخارجية.

٧- المصطلحات الفنية

بياض ناصع .... good white
التعرض للحرارة .... exposure to heat
الرطوبة المكتسبة المقرره .... official moisture regain
سرعة الأمتصاص .... absorbency
شاش مبيض ماص .... bleached absorbent gauze
عيوب نسجية .... weaving defects
غيار طبى (درسنج) .... gauze tissue (dressing)
قطن طبى ماص .... absorbent cotton wool
مبيض جيدا .... well bleached
المستخلص المائى .... water – soluble extract
مظهر .... appearance
مواد غريبه .... foreign matter
نسيج سادة .... plain weave

٨- المراجع

دستور الأدوية البريطانى الصادر فى عام ٢٠٠١ .
دستور الأدوية البريطانى الصادر فى عام ١٩٨٨ .

الجهات التى اشتركت فى وضع هذه المواصفة

قام بإعداد هذه المواصفات اللجنة الفنية رقم (٧ /٤) والخاصة بمتنوعات الغزل والنسيج :

- إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة.
- الإدارة العامة للتموين الطبى.
- شركة القاهرة للصباغة و التجهيز.
- شركة مصر للغزل و النسيج- المحلة الكبرى.
- كلية الطب جامعة القاهرة.
- مستشفيات جامعية الأسكندرية.
- مصلحة الكيمياء.
- وزارة الصحة - ادارة الشئون الصيدلية ٠
- المعهد القومى للقياس و المعايرة٠
- الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات٠
- الهيئة المصرية العامة للمواصفات و الجودة

[الهيئة المصرية العامة للمواصفات و الجودة]

١- أنشئت الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسى عام ١٩٥٧ بالقرار الجمهورى رقم ٢٩ لسنة ١٩٥٧ الذى نص على اعتبارها المرجع القومى المعتمد للشئون التوحيد القياسى ونص القانون رقم ٢ لسنة ١٩٥٧ على أن المواصفة لا تعتبر قياسية إلا بعد اعتمادها من الهيئة.

٢- فى عام ١٩٧٩ صدر القرار الجمهورى رقم ٣٩٢ لسنة ١٩٧٩ الذى قرر ضم مركز ضبط الجودة إلى الهيئة، وإعادة تسميتها بالهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسى وجودة الإنتاج، وفقاً لهذا القرار فإن الهيئة تختص بالآتى :

- إعداد وإصدار المواصفات القياسية للخامات والمنتجات والخامات والأجهزة ونظم الإدارة والتوثيق والمعلومات ومتطلبات الأمن والسلامة وفترات العلاجية وأجهزة القياس.
- التفتيش الفنى والاختبار والرقابة وسحب العينات وإصدار شهادات المطابقة للمواصفات المعتمدة وشهادات المعايرة لأجهزة القياس.
- الترخيص بمنح علامة الجودة للمنتجات الصناعية وعلامات وشهادات الجودة والمطابقة المنتجات للمواصفات القياسية.
- تقديم المشورة الفنية وخدمات التدريب فى مجالات المواصفات والجودة القياس والمعايرة والاختبار والمعلومات لجميع الأطراف المعنية.
- تمثيل مصر فى أنشطة المنظمات الدولية والإقليمية العامة فى مجالات المواصفات والجودة والاختبار والمعايرة.

تقوم الهيئة بتنفيذ متطلبات واشتراطات اتفاقية العوائق الفنية على التجارة لمنظمة التجارة العالمية حيث أن الهيئة هى نقطة الاستعلام المصرية للإمداد بالمعلومات والوثائق فى مجال المواصفات وتقييم المطابقة.

٣- يدير الهيئة مجلس إدارة برئاسة وكيل أول الوزارة رئيس الهيئة، ويضم المجلس فى عضوية ممثلين عن مختلف الجهات المعنية للتوحيد القياسى وجودة الإنتاج والاختبار والمعايرة فى مصر بالإضافة إلى عدد من الأكاديميين والعلميين والخبراء والقانونيين ورجال الإعلام.

٤- يتم إعداد المواصفات القياسية من خلال لجان فنية يربو عددها على مائة لجنة يشارك فيها خبراء طبقاً للمعايير الدولية ومتخصصون من جميع الجهات المعنية ويقوم بالأمانة الفنية لها أعضاء من العاملين بالهيئة.

٥- يتم توزيع مشاريع المواصفات على قاعدة عريضة من الجهات المعنية والبلاد العربية لإبداء الملاحظات خلال فترة ستين يوماً كما تعرض هذه المشاريع على لجنة الصياغة ولجان عامة للمراجعة قبل العرض على مجلس الإدارة.

٦- تتبع الهيئة نظام الترخيص للمصانع باستخدام علامات الجودة على السلع والمنتجات المطابقة للمواصفات المصرية وذلك حماية المستهلكين وخدمة للصانعين لرفع جودة منتجاتهم. ويوجد بالهيئة مجموعة كبيرة من المعامل الحديثة لاختبار المنتجات الكيمائية ومواد البناء والتشييد والمنتجات الهندسية والغذائية ومنتجات الغزل والنسيج بالإضافة إلى معامل للقياس والمعايرة الميكانيكية والكهربائية والفيزيائية.

٧- يتوفر بالهيئة وحدة لحماية المستهلك لتتلقى شكواهم وتعمل على حلها وقد لاقت أعمال الوحدة نجاحاً كبيراً.

٨- يتوفر بالهيئة المكتبة الوحيدة فى مصر المتخصصة فى المواصفات القياسية تحتوى على أكثر من ١٣٠ ألف مواصفة دولية وأجنبية وإقليمية وعربية ومصرية.

EGYPTIAN STANDARDS

ES

ES: 114/ 2005

COTTON GAUZE TISSUE (DRESSING)

ICS : 11. 120

Arab Republic of Egypt
Egyptian Organization for Standardization and Quality